

DEKONTAMINATIONSNACHWEIS

1.0 Erklärender

Kunde / Partner		Abteilung	
Straße		Ort	
Ansprechpartner		Tel	
Mail		Termin	
Erfassender		Datum	

Die gelieferten Instrumente sind **unsteril** und müssen **vor dem Gebrauch** einem validierten Reinigungs- und Desinfektions- sowie einem Sterilisationsverfahren unterzogen werden.
 Nach Gebrauch ist das bereitgestellte Instrumentarium vor der Rücksendung erneut mit einem Reinigungs- und Desinfektions- sowie einem Sterilisationsverfahren zu behandeln.
 Diese Aufbereitung erfolgt nach der Vorgehensweise des „Leitfaden zur Aufbereitung von wieder-verwendbaren chirurgischen Instrumenten“ oder einem vergleichbaren, validierten Verfahren.

2.0 Produktbeschreibung

<input type="checkbox"/> Set - OrthoClast <small>Serien-Nr.</small>	<input type="checkbox"/> Set - TORS <small>Serien-Nr.</small>	<input type="checkbox"/> Set – safeConnect <small>Serien-Nr.</small>
<input type="checkbox"/> Set - endoCupcut	<input type="checkbox"/> Set - endoCupex	<input type="checkbox"/> Set – SchaftExtraktor
<input type="checkbox"/> Set - RevisioLine	<input type="checkbox"/> Set - MarknagelExtraktor	<input type="checkbox"/> Set -

3.0 Aufbereitung / Reinigungs- und Desinfektions- und Sterilisationsverfahren

- Das Produkt wurde nach der Anwendung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert.
 Die Dampfsterilisation erfolgte bei _____ °C mit einer Haltezeit von: _____ Minuten
 Andere validierte Sterilisationsart: _____ Angewandte Parameter: _____
- Das Produkt ist komplett unbenutzt und weder mit Blut, noch mit anderen Körperflüssigkeiten oder pathologischen Proben sowie sonstigen Substanzen in Berührung gekommen.
- Das Produkt wurde im Rahmen einer Creutzfeldt - Jakob - Operation (CJK - OP) oder deren Variante eingesetzt.
- Das Produkt wurde nach der Anwendung nicht gereinigt, nicht desinfiziert und nicht sterilisiert.
 Eine kostenpflichtige Aufbereitung soll im Auftrag durch endocon durchgeführt werden.

Die Instrumente dürfen keinesfalls bei Präparaten eingesetzt werden. Bei unsachgemäßem Einsatz erfolgt die Rechnungstellung über das vollständige Instrumentarium.

4.0 Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchführung

Der Prozess wurde unter Verwendung ordnungsgemäß gewarteter und kalibrierter Geräte sowie eines validierten Verfahrens erfolgreich durchgeführt:

 Datum, Unterschrift

 Stempel Klinik /Zentralsterilisation